

——— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ———

取扱い上の注意改訂のお知らせ

劇薬
処方箋医薬品
〔注意—医師等の処方箋
により使用すること〕

二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 2.5 μg 「フソー」

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 5 μg 「フソー」

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 10 μg 「フソー」

製造販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

劇薬
処方箋医薬品
〔注意—医師等の処方箋
により使用すること〕

二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 2.5 μg 「イセイ」

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 5 μg 「イセイ」

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 10 μg 「イセイ」

製造販売元



コーアイセイ株式会社

山形市若葉町13番45号

販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

このたび標記製剤につきまして、**取扱い上の注意**を下記のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

令和元年7月

記

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 2.5 μg 「フソー」 (マキサカルシトール)

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 5 μg 「フソー」 (マキサカルシトール)

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 10 μg 「フソー」 (マキサカルシトール)

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 2.5 μg 「イセイ」 (マキサカルシトール)

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 5 μg 「イセイ」 (マキサカルシトール)

マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 10 μg 「イセイ」 (マキサカルシトール)

1. 改訂箇所

下記のとおり、[取扱い上の注意]の項を改訂しました。

2. 改訂内容（自主改訂）（取消線部削除、下線部変更）

改訂後	改訂前
【取扱い上の注意】 (1)～(2) 省略 記載削除 <u>(3)～(9)</u> 省略（番号変更のみ、内容変更なし）	【取扱い上の注意】 (1)～(2) 省略 (3)使用に際しては、開封口からゆっくり開け、バレル部分を持って取り出すこと。プランジャーを持つとガasketとプランジャーに緩み・ガタつき・外れが生じたり又は薬液が漏出するおそれがある。 (4)～(10) 省略

3. 改訂理由（自主改訂）

フィンガーグリップ装着により、プランジャーが外れるおそれなくなったため、当該注意喚起を削除しました。

4. 本情報はDSU（医薬品安全対策情報）No. 281（令和元年7月下旬発送予定）に掲載されます。

☆添付文書情報は、「医薬品医療機器総合機構ホームページ（URL：<http://www.pmda.go.jp/>）」

及び「弊社ホームページ（URL：<https://www.fuso-pharm.co.jp/>）」においてご確認ください。